

INFORME DE COMISION INSTITUCIONAL -ARRN

Fecha:	7 de Marzo de 2024.-	
Fecha de Comisión:	Del 06 de marzo de 2024.-	
Nombre del Funcionario comisionado:	<ul style="list-style-type: none"> • Jorge Balcázar • Fernando Pio Barrios 	
DGTICS Direccion de Seguridad Fisica		
Lugar de Comisión:	06-03 Ciudad de Pilar– Departamento de Ñeembucú. 06-03-Ciudad de Alberdi– Departamento de Ñeembucú.	
Móvil asignado: Vehículo particular		

Actividades:

Día 1 - 06 de Marzo	<ul style="list-style-type: none"> • Traslado a la ciudad de Pilar • Verificación de la situación del equipo de monitoreo. • Configuración para conexión via LTE • Comunicación con Copaco S.A. para verificación de conexión • Configuración del Mikrotik en modo Untagged por parte del ing Rubén Roa Via Any Desk. • Pruebas de conexión a la base ARRN UNA • Traslado a la ciudad de Alberdi • Colocación de batería nueva al generador • Instalación de UPS traído de Parque guazu. • Encendido de Equipo de Monitoreo. • Pruebas de conexión con la Base ARRN UNA. • Traslado a la ciudad de San Lorenzo
Observaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los equipos de Pilar y Alberdi ya tienen comunicación con la base que se encuentra en las oficinas de la UNA. 2. A la espera de instrucciones de los técnicos de la Universitat Rovira i Virgili se comuniquen para realizar las configuraciones para el panel de monitoreo.

Jorge Balcázar

Fernando Pio Barrios



FICHA

INSPECCION DE ESTACIONES DE MONITOREO – ARRN

LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE VERIFICACION: 06/03/2024

ESTACION – CIUDAD: Pilar.....

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
1. GENERADOR				
COMBUSTIBLE	X			
ACEITE - MOTOR	X			
CONEXIONES ELECTRICAS	X			
ESTADO DE BATERIA	X			
ESTADO GRAL VISUAL		X		
2. CASETA				
ESTADO GRAL VISUAL		X		Se necesita pintar carpeta de cemento del vallado perimetral
LUCES INT/EXT		X		
AIRE ACONDICIONADO		X		
SISTEMA ELECTRICO	X			
CERCA PERIMETRAL		X		Necesita reparar, Limpieza
SEÑALETICAS		X		
3. ESTACION DE MONITOREO - AEROSOL				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
PAPEL	X			35 milímetros de distancia
SISTEMA DE MONITOREO	X			
RED - VPN	X			Se Procedio de configurar modo Untagged el Mikrotik
iLOGO	X			
PLC	X			
4. DAVIS (EST. METEOROLOGICA)				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
CAPTADOR DE LLUVIA	X			
SENSOR DE VIENTO	X			
SENSOR DE TEMPERATURA	X			
RED	X			
CONEXIÓN ELECTRICA	X			
5. UPS				
ESTADO GRAL. VISUAL			X	UPS reemplazada por la UPS de Parque Guazu (Ups necesita revisión)
ESTADO DE LA BATERIA			X	
VOLTAJE RECIBIDO			X	
6- COMUNICACION				
SWITCH	X			
FIBRA – VPN-MULTIPLEX			X	
7- ADJUNTAR FOTOS	SI	NO		

INSPECCIONADO POR: JORGE RAFAEL BALCAZAR MARTÍNEZ
AUTORIDAD REGULADORA RADIOELÉCTRICA Y NUCLEAR

FIRMA:

Fís. Fernando Pío Barrios
Director
DSFS - ARRN





FICHA

INSPECCION DE ESTACIONES DE MONITOREO – ARRN

LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE VERIFICACION: 06/03/2024

ESTACION – CIUDAD: Alberdi.....





ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
1. GENERADOR				
COMBUSTIBLE	X			
ACEITE - MOTOR	X			
CONEXIONES ELECTRICAS	X			
ESTADO DE BATERIA	X			Cambio de batería Generador OK
ESTADO GRAL VISUAL		X		
2. CASETA				
ESTADO GRAL VISUAL		X		Se necesita pintar carpeta de cemento del vallado perimetral
LUCES INT/EXT		X		
AIRE ACONDICIONADO		X		
SISTEMA ELECTRICO	X			
CERCA PERIMETRAL		X		
SEÑALETICAS		X		
3. ESTACION DE MONITOREO - AEROSOL				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
PAPEL	X			35 milímetros de distancia
SISTEMA DE MONITOREO	X			
RED - VPN	X			
iLOGO	X			
PLC	X			
4. DAVIS (EST. METEOROLOGICA)				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
CAPTADOR DE LLUVIA	X			
SENSOR DE VIENTO	X			
SENSOR DE TEMPERATURA	X			
RED	X			
CONEXIÓN ELECTRICA	X			
5. UPS				
ESTADO GRAL. VISUAL			X	UPS reemplazada por la UPS de Parque Guazu (Ups necesita revisión)
ESTADO DE LA BATERIA			X	
VOLTAJE RECIBIDO			X	
6- COMUNICACION				
SWITCH	X			
FIBRA – VPN-MULTIPLEX			X	
7- ADJUNTAR FOTOS	SI	NO		

INSPECCIONADO POR: JORGE RAFAEL BALCAZAR MARTINEZ
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR

Fís. Fernando Pio Barrios
Director
DSFS - ARRN

FIRMA:





Fís. Fernando Pío Barrios
Director
DSFS - ARRN



JORGE RAFAEL BALCAZAR MARTÍNEZ
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR